



MEMORANDO SEI Nº 30414982/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 04 de agosto de 2026.

À SAP.LCT

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI 30413852, encaminhamos análise das diligências apresentadas no Processo Licitatório SEI nº 26.0.104151-4, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca Registrada	Valor Unit. Lance	Proposta	Registro do Produto	Ficha técnica	Exige Amostras	Análise
44	910559 - DRENO SUCTOR 3.2 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 3.2 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMP A CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATETER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	2.730	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,75	página 01 - 30364274	Anvisa: 80267170017 página 02 - 30364274	página 03 à 05 - 30364274	Exige	Solicitado diligência: ausência de informação referente à escala de medição e do comprimento de 10 cm da agulha.
45	910560 - DRENO SUCTOR 4.8 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 4.8 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMP A CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATETER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	720	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,80	página 01 - 30364274	Anvisa: 80267170017 página 02 - 30364274	página 03 à 05 - 30364274	Exige	Solicitado diligência: ausência de informação referente à escala de medição e do comprimento de 10 cm da agulha.
46*	910561 - DRENO SUCTOR 6.4 MM DRENO SUCTOR CALIBRE 6.4 MM. SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, COM RESERVATÓRIO TIPO FOLE, TRANSPARENTE, TAMP A CENTRAL ACOPLADA AO FRASCO, E CAPACIDADE DE 500 ML, EXTENSÃO	PC	190	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDSHARP	22,97	página 01 - 30364274	Anvisa: 80267170017	página 03 à 05 -	Exige	Solicitado diligência:

	INTERMEDIÁRIA EM PVC TRANSPARENTE CONTENDO CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR INTERMEDIÁRIO COM 3 VIAS, CATÉTER COM 1 M EM PVC, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM FENESTRAS ASSIMÉTRICAS, ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM PVC. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							página 02 - 30364274	30364274		ausência de informação referente à escala de medição e do comprimento de 10 cm da agulha.
--	---	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------	--	---

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777330
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 04/08/2026, às 09:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30414982** e o código CRC **85B57E5A**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br