



MEMORANDO SEI Nº 0023455817/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 371/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0023437771), encaminhamos as análises das propostas apresentadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.11- Prospecto, ficha técnica, print de tela	Parecer
1	916891 - ABAIXADOR DE LINGUA (PACOTE COM 100 PECAS) EM ESPATULA DE MADEIRA, COR NATURAL, MEDINDO 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, LISAS, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM 100 PECAS CONSTANDO DE DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.	PCT	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	THEOTO	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital.	80002369003 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
2	4536 - ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO DESCARTAVEL ESPATULA ABAIXADORA DE LINGUA COM TAMANHO ENTRE 12 E 14CM X 1,5 A 2CM, CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO ATOXICO COM SUPERFICIE LISA E BORDAS ARREDONDADAS, EMBALADOS	Pacote	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	AGAPLASTIC	Não exige	De acordo	10438729005 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS QUE PERMITAM A PROTECAO DA INTEGRIDADE DO MATERIAL ATE SUA UTILIZACAO. PACOTE COM NO MINIMO 40 UNIDADES.								
3	5435 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (4 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	MC LTDA FARMA	OK BIOTECH	Não exige	Não especifica todas as exigências do edital.	80867159011 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém empresa não especifica qual modelo será ofertado.	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa: 1- Confirme que o modelo ofertado é de 4 mm; 2- Confirme qual o modelo do item ofertado, visto que na documentação técnica existem vários modelos.
4	919991 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (5 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTERIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM MAXIMO DE 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENCAO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	UNID	MC LTDA FARMA	OK BIOTECH	Não exige	Proposta descreve "Agulha para caneta de insulina 4 mm" e edital exige "Agulha para caneta de insulina (5 mm)".	80867159011 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	O edital exige agulhas de 5 mm e a proposta indica agulhas de 4 mm. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
5	5436 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (8 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX Medix mod. 9657	Não exige	De acordo	80495519033 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	CONSTANDO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.								
6	916904 - ALMOTOLIA PLASTICA COR CLARA 250 ML ESCALA COM GRADUACAO, TAMPA TIPO BICO DE PATO, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DE DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	GG Gg mod. 0004	Não exige	De acordo	ISENTO	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
7	910221 - ANUSCOPIO DESCARTAVEL FECHADO ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL FECHADO. UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANUSCOPIA. PRODUTO POR TRÊS PEÇAS: CORPO, EMBOLO E PONTEIRA FABRICADAS EM POLIESTIRENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST Kolplast	Não exige	De acordo	10237610004 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
8	25859 - ANUSCOPIO DESCARTAVEL FENESTRADO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANUSCOPIA, COMPOSTO POR CORPO TRANSPARENTE COM FENESTRA, EMBOLO E PONTEIRA, FABRICADOS EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: DIÂMETRO PROXIMAL: 3,0 CM A 3,5 CM; DIÂMETRO DISTAL: 1,5 CM A 1,9 CM; COMPRIMENTO DO CORPO: 08 CM A 10CM; COMPRIMENTO DO ÊMBOLO: 13 CM A 15CM; ALTURA DA FENESTRA: 1,5 CM A 2,5 CM; LARGURA DA FENESTRA: 1,3 CM A 1,6 CM; EMBALAGEM COM ATÉ 30 UNIDADES CONSTANDO DE DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE,	Unidade	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	KOLPLAST	Não exige	De acordo	10237610004 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica modelo e medidas do item ofertado.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Composto por corpo transparente com fenestra, embolo e ponteira; 2. Diâmetro proximal: 3,0 cm a 3,5 cm; 3. Diâmetro distal: 1,5 cm a 1,9 cm; 4. Comprimento do corpo: 08 cm a 10cm; 5. Comprimento do êmbolo: 13 cm a 15cm; 6. Altura da fenestra: 1,5 cm a 2,5 cm;

	PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.								7. Largura da fenestra: 1,3 cm a 1,6 cm.
11	33479 - ESCOVA ENDOCERVICAL COM MICRO CERDAS DE MONOFILAMENTO EXTREMAMENTE FINO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04 MM, MONOFILAMENTO DE SUSTENTACAO DE ACO INOXIDAVEL, MALEAVEL. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 180 MM, SENDO NO MÍNIMO 1,8 MM DE PONTA ATIVA EM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO E 16 MM DE CABO EM POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE A TRACAO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO ENVELOPE, ESTERILIZADAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. ARMAZENADAS EM CAIXA RESISTENTE E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	UNID	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	CRAL	Não exige	De acordo.	10379860048 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Com micro cerdas de monofilamento extremamente fino na espessura mínima de 0,04 mm; 2. Monofilamento de sustentação de aço inoxidável; 3. Maleável; 4. Comprimento total mínimo de 180 mm, sendo no mínimo 1,8 mm de ponta ativa em formato levemente cônico e 16 mm de cabo em polietileno; 5. Esterilizadas, visto que a ficha indica duas versões: não estéril e estéril.
13	22557 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE EM PVC, TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO COM BORDAS ARREDONDADAS SEM REBARBAS, QUE NAO CAUSE NENHUM TIPO DE TRAUMATISMO VAGINAL, COM EIXO LONGITUDINAL DA VALVULA DE 110MM, LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 29 MM E DISTAL DE 32MM COM COMPRIMENTO TOTAL DE 170 MM, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ	Peças	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST Vagispec mod. g	Não exige	De acordo.	10237610151 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	03 MM DESTES, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
14	22558 - ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO EM PVC, TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO COM BORDAS ARREDONDADAS SEM REBARBAS, QUE NAO CAUSE NENHUM TIPO DE TRAUMATISMO VAGINAL, COM EIXO LONGITUDINAL DA VALVULA DE 95MM, LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 25 MM E DISTAL DE 28MM COM COMPRIMENTO TOTAL DE 156 MM, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 03 MM DESTES, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Peças	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST Vagispec mod. med	Não exige	De acordo.	10237610151 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
15	22559 - ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO EM PVC, TRANSPARENTE, FORMATO ANATOMICO COM BORDAS ARREDONDADAS SEM REBARBAS, QUE NAO CAUSE NENHUM TIPO DE TRAUMATISMO VAGINAL, COM EIXO LONGITUDINAL DA VALVULA DE 80MM, LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 22MM E DISTAL DE 22MM COM COMPRIMENTO TOTAL DE 143 MM,	Peças	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST Vagispec mod. p	Não exige	De acordo.	10237610151 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 03 MM DESTES, DESCARTAVEL, EMBALAGEM UNITARIA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
16	25196 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PREVENTIVO SEM LÂMINA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM TAMP ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3 (TRÊS) LÂMINAS DE VIDRO	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Não exige	De acordo.	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
18	917648 - FIXADOR PARA EXAME CITOPATOLOGICO 100 ML PARA USO EM FIXACAO DE ESFREGACOS CELULARES EM LAMINA , EMBALAGEM SEGURA TIPO AEROSOL/SPRAY CONTENDO 100 ML, CONTENDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	FRS	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	KOLPLAST	Não exige	De acordo	10237610142 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
19	913473 - FRASCO GRADUADO COM TAMPA 1000ML FRASCO EM POLIETILENO, GRADUADO, COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE URINA, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, GRADUADO A CADA 50 ML	FRC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Não exige	De acordo.	10379860182 - Registro descrito na Proposta - Ativo na Anvisa, porém, referente a Coletor de Urina Infantil.	Apresentou.	Empresa apresentou na proposta Registro Anvisa correspondente a outro item: Coletor de Urina Infantil; no prospecto e demais documentos anexados pela empresa não constam registro ANVISA do item. Proposta Desclassificada por não atender

									ao item 8.10.1 do edital.
20	912099 - FRASCO GRADUADO COM TAMPAS PARA COLETA DE URINA CAPACIDADE 2000ML FRASCO EM POLIETILENO, GRADUADO, COM TAMPAS ROSQUEAVEL PARA COLETA DE URINA, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, GRADUADO A CADA 100 ML	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CRAL	Não exige	De acordo.	10379860182 - Registro descrito na Proposta Ativo Anvisa, porém, referente a Coletor de Urina Infantil.	Apresentou	Empresa apresentou na proposta Registro Anvisa correspondente a outro item: Coletor de Urina Infantil; no prospecto e demais documentos anexados pela empresa não constam registro ANVISA do item. Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.1 do edital.

A análise das demais propostas serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 06/11/2024, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023455817** e o código CRC **629683E2**.