



MEMORANDO SEI Nº 27008963/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 27003980, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material /Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a (Compras net)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospeção, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
3	Normal	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DISPOSITIVO DE SEGUR	Unidade	PRIO TECNOLÓGIA EQUIPAMENTOS LTDA	PEROUSE	---	A proposta apresentada descreve o resumo.	10150479099 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	Exige	O edital exige a agulha com dispositivo de segurança. Na ficha técnica não há a indicação de que o item possui dispositivo de

		ANÇA CONFO RME NR 32; COM TUBO EXTENS OR. CANUL A EM ACO SILICO NIZADO , BISEL TIPO HUBER DE FACIL PENETR AÇÃO. TUBO EXTENS OR TRANSP ARENT E COM INJETO R LATERA L, PINÇA CORTA FLUXO, CONEC TOR LUER- LOCK E TAMPA PROTET ORA. ESTERI L, EMBAL AGEM INDIVI DUAL COM DADOS DE IDENTI FICAÇÃO O, NUMER O DE LOTE, DATA DE FABRIC AÇÃO E								seguran ça. Classifi cação condici onada a empres a confirm ar que o item possui disposit ivo de seguran ça.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		VALIDA DE REGIST RO ANVISA E RESPON SAVEL TECNIC O. Cota Principal									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 06/10/2025, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27008963** e o código CRC **FA2D6DC9**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

27008963v8