



A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

LANAE
Laboratório de Análises de Águas e Efluentes
Relatório de Análise

Cliente			Nº Recebimento
Fundação do Meio Ambiente			5440/11
Endereço		Cidade	UF
R. Felipe Schmidt, 485		Florianópolis	SC
CNPJ	Data da Amostragem	Data de Entrada (Laboratório)	Inscrição Estadual
83.256.545/0001-90	17/10/2011	18/10/2011	Isento
Tipo de Amostragem	Tipo de Amostra	Responsável Amostragem	Temperatura
Simplex	ÁGUA BRUTA	SENAI (Bruno)	21

Identificação do Ponto de Amostragem	
Fátma - BU 01 - Rio Búcarein na rua Botafogo	

Parâmetro	Metodologia	Resultado	Incerteza	Unidade
Condutividade Elétrica	SMWW 2510 B	277,0	-	µSiens
Cor Aparente	SMWW 2120 C	153,00	-	Pt Co
DBO	SMWW 5210 D	< 10,00	-	mg/L O ₂
DQO	8000 Hach	68,00	-	mg/L O ₂
Fósforo Total	SMWW 4500 - P.E.C	0,61	-	mg/L P
Nitrogênio Total Kjeldahl	SMWW 4500 - N B	5,30	-	mg/L N
pH	SMWW 4500 - R1 B	7,65	-	-
Salinidade	Potenciométrico	0,1	-	ppt
Sólidos Dissolvidos Fixos	SMWW 2540 E	112,00	-	mg/L
Sólidos Dissolvidos Totais	SMWW 2540 C	134,00	-	mg/L
Sólidos Dissolvidos Voláteis	SMWW 2540 E	22,00	-	mg/L
Turbidez	SMWW 2130 B	18,20	-	FTU

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE
ÁGUAS E EFLUENTES

Observações	0
-------------	---

Responsável Técnico	Marli Conrado Ventura CRQ 13100437 Químico
---------------------	--

-- Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente à amostra entregue ao laboratório.
-- A metodologia utilizada na obtenção de resultados está baseada nos padrões publicados no "Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater - 21th Edition". A metodologia de amostragem segue a NBR 9898.
-- É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES RELATÓRIOS.